

# Stellingen

behorende bij het proefschrift

## 'Development and evaluation of a 27 MHz multi-electrode current-source interstitial hyperthermia system'

- 1 Het effectieve vermogen per MECS-applicator kan verbeterd worden door een andere methode te kiezen om de applicator-impedantie aan te passen aan de generator-impedantie.
- 2 De nauwkeurigheid van de temperatuurmetingen tijdens interstitiële hyperthermie draagt slechts beperkt bij aan de kwaliteit van de thermometrie.
- 3 De waarde van een nieuwe medische technologie kan slechts worden aangetoond in een klinische studie, maar het slagen van deze studie is van veel meer factoren afhankelijk dan van de kwaliteit van de nieuwe technologie.
- 4 Een EPO-kuur kan het effect van bestraling vergroten.
- 5 Het leukste speelgoed voor een kind is een ander kind.
- 6 Stellingen krijgen relatief veel aandacht tijdens de verdediging van een technisch proefschrift aan een medische faculteit.
- 7 Er zijn vast redenen aan te voeren om te twijfelen aan de stelling "Het IQ van het meisje is omgekeerd evenredig met het oppervlak van haar oorbellen". Echter, de heftigheid van de reactie van de dame in kwestie op deze stelling is in ieder geval evenredig met het oppervlak van haar oorbellen.
- 8 Als er geen alternatief is, dan is er ook geen probleem. (*James Burnham*)
- 9 Voor zaken, waarvan men zegt dat het wetenschappelijk is bewezen moet men op zijn hoede zijn.
- 10 Het is ondoenlijk om een zwarte lijst met taxichauffeurs op te stellen, maar het is een goed idee om een keurmerk voor goed gedrag in het leven te roepen.
- 11 Het regelmatig uitschakelen van netwerk-servers gedurende werktijd werkt preventief tegen "repetitive strain injuries" en is goed voor de sociale contacten op het werk.

