

Stellingen.

1. De bepaling van de botdichtheid, met behulp van röntgenopnamen, kan sterk verbeterd worden door kwantitatief te meten in plaats van subjectief te schatten.
Dit proefschrift.
2. In de radiodiagnostiek is kwantitatief meten slechts mogelijk indien op de röntgenfoto tevens een referentieobject wordt afgebeeld.
Dit proefschrift.
3. De dichtheidsmeting van een object met behulp van röntgenopnamen is te verbeteren door de afmeting van het object bij de meting te betrekken.
Dit proefschrift.
4. De nauwkeurigheid van de bepaling van botdichtheidsveranderingen kan worden opgevoerd als men uitgaat van een uniforme en gestandaardiseerde dikte van het te onderzoeken lichaamsdeel.
Dit kan gebeuren met behulp van een materiaal, dat wat de absorptie in straling betreft equivalent is aan de weke delen.
Dit proefschrift.
5. Kwantitatieve en kwalitatieve analyses van het bot aan de hand van röntgenopnamen zijn onontbeerlijk voor het vaststellen van fysiologische en patho-fysiologische veranderingen.
6. Een röntgenbeeld verschaft veel meer informatie dan de hoeveelheid informatie die in een röntgenverslag kan worden opgenomen.
7. A radiograph may show a change, but as to the exact meaning of this change nothing very definite can be said (3.1.)
(Klevant, 1981).
8. Het verlies van de natuurlijke dentitie maakt een patiënt meervoudig gehandicapt en dit leidt veelal letterlijk en figuurlijk tot gezichtsverlies.
9. Op korte termijn dient postacademisch onderwijs wettelijk verplicht te worden.
10. Radiodiagnostiek van het dento-maxillo-faciale gebied vereist inschakeling van een tandarts-radioloog.
11. Sailing is the most expensive way of being uncomfortable.